



ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS E ESCADAS HOSPITALARES, TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA E MONITORES MULTIPARAMETROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Modalidade: Pregão Presencial
N modalidade: 0005
N processo: 0012
Pregoeira: BETANIA SARAIVA EULALIO

Comissão: COMISSÃO	ATO	Nº ATO	DATA DOC. NOMEAÇÃO
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 2021	Portaria	38	01/02/2021

Data Julgamento Extenso: 09:00:00 de Segunda-feira , 15 de Março de 2021

PREÂMBULO

As 09:00:00 de Segunda-feira , 15 de Março de 2021, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa, situada à Av. Coração de Jesus, nº 1005, centro, a Pregoeira Betânia Saraiva Eulálio e a equipe de apoio designados por meio da Portaria nº 038/2021, para realização da sessão pública do Pregão em epígrafe.

CRENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, iniciou se o credenciamento dos representantes interessados, visando à verificação e comprovação da existência dos respectivos poderes para formulação de lances e prática dos demais atos de atribuição dos licitantes. Apresentou documentação e se credenciou tempestivamente as seguintes licitantes:

PARTICIPANTES:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE
INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	02.799.407/0001-56	MARISTEIA PEREIRA COSTA
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	WELTON SOUZA SANTOS
COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	08.648.188/0001-90	LUCIANO COIMBRA GODINHO
MTB TECNOLOGIA LTDA	01.405.834/0001-40	IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10.478.755/0001-50	CLODOALDO TEIXEIRA ROMANHOL
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	24.788.729/0001-32	THAIS ALMEIDA BARROSO

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas das Licitantes interessadas, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002. Os valores registrados nas propostas



escritas foram lançados no sistema informatizado de apoio à Pregoeira, documento que integra esta ata independente de transcrição.

FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO

Após o registro das propostas, a Pregoeira elaborou a classificação da proposta escrita, em seguida, convidou (individualmente) os licitantes classificados a formular os lances verbais, os quais foram todos registrados, conforme anexo **MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES VERBAIS**. Finalizados os lances verbais e a negociação junto aos licitantes, a PREGOEIRA elaborou a classificação final por total dos itens, conforme anexo **CLASSIFICAÇÃO FINAL**.

HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de negociação, a Pregoeira e equipe de apoio procederam à abertura do envelope de habilitação dos licitantes classificados com o menor preço na fase anterior, cujos documentos e envelope foram rubricados por todos os presentes. Após análise dos documentos, a Pregoeira declarou o resultado desta fase conforme a seguir:

Habilitados:

FORNECEDOR: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
6404	10.478.755/0001-50	CLODOALDO TEIXEIRA ROMANHOL

ITENS DE PRODUTO DO FORNECEDOR		
CÓD. PROD.	PRODUTO	VALOR
24822	CAMA FAWLER MECANICA COM 2 MANIVELAS + GRADE + COLCHÃO D28	2900.0000
24823	ESCADA DOIS DEGRAUS DE AÇO	179.0000
24825	MONITOR MULTIPARAMETROS	7770.0000

FORNECEDOR: WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
4357	23.270.837/0001-56	WELTON SOUZA SANTOS

ITENS DE PRODUTO DO FORNECEDOR		
CÓD. PROD.	PRODUTO	VALOR
24822	CAMA FAWLER MECANICA COM 2 MANIVELAS + GRADE + COLCHÃO D28	2299.0000
24823	ESCADA DOIS DEGRAUS DE AÇO	114.5000
24825	MONITOR MULTIPARAMETROS	9440.0000
24824	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA -20 A +70 GRAUS. CABO DE AÇO DE 1.7 METROS	89.9000

Inabilitados:

FORNECEDOR: INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
3515	02.799.407/0001-56	MARISTEIA PEREIRA COSTA

MOTIVO DESCLASSIFICAÇÃO

Apresentou concordata e falência vencida e somente o Alvará Sanitário Municipal que não foi possível verificar a autenticidade

FORNECEDOR: COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
5774	08.648.188/0001-90	LUCIANO COIMBRA GODINHO

MOTIVO DESCLASSIFICAÇÃO

Apresentou a CND FGTS em nome de outra empresa.

(Handwritten signatures and initials)



FORNECEDOR: MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
6405	24.788.729/0001-32	THAIS ALMEIDA BARROSO
MOTIVO DESCLASSIFICAÇÃO		
Não apresentou autorização de funcionamento e alvará ANVISA, conforme item 16.6 do Edital		

A empresa WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA, apresentou a CND MUNICIPAL com restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de São João da Lagoa, para regularização da documentação.

RESULTADO FINAL

Diante de todo o andamento da sessão, a Pregoeira declarou aceita as propostas nas quantidades e valores registrados e detalhados no anexo **RESULTADO FINAL**, por estarem os valores ali acordados de acordo com os preços praticados pelo mercado e com as pesquisas de preços efetuadas pelo setor, sagrando-se vencedoras no presente certame as empresas:

Vencedores:

BEAGA HOSPITALAR EIRELI

ITEM	PRODUTO	MARCA	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
3	MONITOR MULTIPARAMETROS Monitor para uso em pacientes adultos. Pediátricos e neonatais; Monitor Multiparamétrico com parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2; "Tela de cristal liquido colorida (LCD), de pelo menos 10" resolução mínima de 800x600; Pelo menos 7 (sete) canais em forma de onda simultâneas; Deve possuir memória interna de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de UNI eventos de alarmes; Com velocidade de varredura ajustável em 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; Deve possuir alarmes audiovisuais com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa) ajustáveis pelo operador; Alarmes visuais e sonoros (com ajuste em pelo menos 6 níveis) para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros); Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório ou tela touch screen; Deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45; Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático; Alimentação à bateria interna (não modular) de lítio por no mínimo 3 horas, devido às necessidades de transporte intra-hospitalar que possam surgir; Indicação visual no display do equipamento que informe o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria; Software de interface na língua portuguesa Manual do usuário em língua portuguesa Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos Detecção e rejeição automática de marca-passo: Capacidade de conexão com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor através da Central Monitoração; Equipamento leve e compacto, com alça de transporte embutida para eventual	CREATIVE MEDICAL	Unidade	3,00	7.770,00	23.310,00

[Handwritten signatures and initials]



necessidade de transporte: Peso: 3 kg, com tolerância de até 20% a mais; Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1 ou superior, PARÂMETROS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 1. ECG Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 derivações, Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; Resolução da medida de FC: 1 bpm, Deve permitir a detecção automática de pulsos de marca-passo: Deve possuir monitorização de Segmento ST em todas as derivações, Análise de Arritmias em no mínimo duas derivações simultaneamente, com reconhecimento de 21 ou mais arritmias (letais e não letais), incluindo-se fibrilação atrial; Acessórios: 1 Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico. 2. Respiração Método bioimpedância (ou impedância) torácica; Faixa de frequência respiratória 4 a 120 rpm para adulto, pediátrico e neonatal; Com visualização da onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia ajustável; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. 3. Temperatura cutânea: Deve possuir pelo menos 01 (um) canal de temperatura; Com faixa de medida de 0° a 50°C; Deve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão Não Invasiva (PNI): Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de Medida de: Pacientes Adultos de pelo menos 10 a 250 mmHg / Pediátricos de pelo menos 10 a 230 mmHg / Neonatal de pelo menos 10 a 120 mmHg; Intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas; Deve possuir proteção contra pressão excessiva para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Acessórios: 1 unidade de Mangueira uso Adulto, 1 manguito tamanho adulto. 5. Oximetria (SPO2): Visualização da curva pletismográfica; Tecnologia Nellcor, Masimo, GE TruSignal, Mindray ou BluePro; Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; * Indicação numérica e gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Acessórios: 1 Sensor Permanente tipo Clip uso Adulto. Os sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis". Os sensores que necessitarem de Cabo extensor, deverão ser entregues com o mesmo. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO Manual operacional do equipamento em português Garantia de 1 (um) para equipamento contra defeitos de fabricação; EXIGÊNCIAS: O equipamento deve possuir registro na ANVISA, e a documentação comprobatória deverá apresentada pela empresa vencedora. A avaliação técnica do equipamento será realizada com base no manual registrado na ANVISA e catálogos do produto. Deverá fornecido ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição que receberá o equipamento. Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.

VALOR TOTAL:

23.310,00



WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA						
ITEM	PRODUTO	MARCA	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
1	CAMA FAWLER MECANICA COM 2 MANIVELAS + GRADE + COLCHÃO D28	TUBOMED	Unidad e	5,00	2.299,00	11.495,00
2	ESCADA DOIS DEGRAUS DE AÇO	TUBOMED	Unidad e	5,00	114,50	572,50
4	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA -20 A +70 GRAUS. CABO DE AÇO DE 1.7 METROS	INCOTERM	Unidad e	15,00	89,90	1.348,50
VALOR TOTAL:						13.416,00


ENCERRAMENTO

Consultados os licitantes sobre os atos e julgamentos praticados até o presente momento, os mesmos mostraram estar de pleno acordo, não havendo qualquer intenção de recurso.

Assim, nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e, após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes - Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes das empresas licitantes.


ASSINAM:

REPRESENTANTE (S) DA(S) LICITANTE(S)


INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA
MARISTELA PEREIRA COSTA


COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA
LUCIANO COIMBRA GODINHO


MTB TECNOLOGIA LTDA
IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR


MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MAN. DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP
THAIS ALMEIDA BARROSO


BEAGA HOSPITALAR EIRELI LTDA
CLODOALDO TEIXEIRA ROMANHOL


WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
WELTON SOUZA SANTOS

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO


BETÂNIA SARAIVA EULÁLIO
PREGOEIRA


RAPHAEL ALVES QUEIROZ


CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA

MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES

Processo: 12-5/2021

Modalidade: **Pregão Presencial**

Data da Apuração: **15/03/2021**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS E ESCADAS HOSPITALARES, TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA E MONITORES MULTIPARAMETROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM/LOTE: CAMA FAWLER MECANICA COM 2 MANIVELAS + GRADE + COLCHÃO D28

Fornecedor	Rodada	Valor Lance	Classificação
COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	3	2290,0000	1º
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	3	2299,0000	2º
COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	2	2300,0000	3º
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	2	2345,0000	4º
COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	1	2350,0000	5º
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	1	2358,0000	6º
COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	L.Escrito	2359,3500	7º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	L.Escrito	2900,0000	8º
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	L.Escrito	3105,0000	9º

ITEM/LOTE: ESCADA DOIS DEGRAUS DE AÇO

Fornecedor	Rodada	Valor Lance	Classificação
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	1	114,5000	1º
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	L.Escrito	115,0000	2º
INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	L.Escrito	165,0000	3º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	L.Escrito	179,0000	4º

ITEM/LOTE: MONITOR MULTIPARAMETROS

Fornecedor	Rodada	Valor Lance	Classificação
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	13	7720,0000	1º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	13	7770,0000	2º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	12	7840,0000	3º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	12	7900,0000	4º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	11	7950,0000	5º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	11	7960,0000	6º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	10	7970,0000	7º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	10	8000,0000	8º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	9	8230,0000	9º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	9	8300,0000	10º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	8	8450,0000	11º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	8	8500,0000	12º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	7	8690,0000	13º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	7	8700,0000	14º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	6	8900,0000	15º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	6	9000,0000	16º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	5	9050,0000	17º
MTB TECNOLOGIA LTDA	5	9080,0000	18º
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	5	9100,0000	19º
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE	4	9150,0000	20º
MTB TECNOLOGIA LTDA	4	9180,0000	21º



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA
MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES

Página 2 de 2

Processo: 12-5/2021

Modalidade: Pregão Presencial

Data da Apuração: 15/03/2021

Processo	Modalidade	Data da Apuração	Valor Lance	Classificação
BEAGA HOSPITALAR EIRELI		4	9200,0000	22°
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE		3	9270,0000	23°
MTB TECNOLOGIA LTDA		3	9280,0000	24°
BEAGA HOSPITALAR EIRELI		3	9300,0000	25°
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE		2	9330,0000	26°
MTB TECNOLOGIA LTDA		2	9340,0000	27°
BEAGA HOSPITALAR EIRELI		2	9350,0000	28°
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE		1	9400,0000	29°
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA		1	9440,0000	30°
MTB TECNOLOGIA LTDA		1	9450,0000	31°
BEAGA HOSPITALAR EIRELI		1	9500,0000	32°
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE		L.Escrito	9526,0000	33°
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA		L.Escrito	10780,0000	34°
MTB TECNOLOGIA LTDA		L.Escrito	11000,0000	35°
BEAGA HOSPITALAR EIRELI		L.Escrito	11000,0000	36°

ITEM/LOTE: TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA -20 A +70 GRAUS. CABO DE AÇO DE 1.7 METROS

Fornecedor	Rodada	Valor Lance	Classificação
INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	2	88,0000	1°
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	2	89,9000	2°
INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	1	92,0000	3°
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	1	92,5000	4°
INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	L.Escrito	93,0000	5°
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	L.Escrito	95,0000	6°



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA

RESULTADO FINAL

Página 1 de 2

Processo/Modalidade: **12-5/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **15/03/2021**

FORNECEDOR: **WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA**

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	5,0000	Unidade	CAMA FAWLER MECANICA COM 2 MANIVELAS + GRADE + COLCHÃO D28	2299,0000	11.495,0000
002	5,0000	Unidade	ESCADA DOIS DEGRAUS DE AÇO	114,5000	572,5000
004	15,0000	Unidade	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA -20 A +70 GRAUS. CABO DE AÇO DE 1.7 METROS	89,9000	1.348,5000
Valor Total:					13.416,0000

Amador

mhu
Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA

RESULTADO FINAL

Processo/Modalidade: 12-5/2021

Modalidade: Pregão

Data Apuração: 15/03/2021

FORNECEDOR: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
003	3,0000	Unidade	MONITOR MULTIPARAMETROS	7770,0000	23.310,0000
Valor Total:					23.310,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Página 1 de 1

Processo/Modalidade: 12-5/2021

Modalidade: Pregão

Data Apuração: 15/03/2021

001 - CAMA FAWLER MECANICA COM 2 MANIVELAS + GRADE + COLCHÃO D28

Negociado

Nº Cl.	Fornecedor	ME/EPP	Preço Unit.	Preço Total	Status
1	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	X	2299,0000	11.495,0000	
2	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	X	2900,0000	14.500,0000	
3	INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	X	3199,0000	15.995,0000	
NC	MTB TECNOLOGIA LTDA	X	0,0000	0,0000	Produto sem valor
NC	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	X	0,0000	0,0000	Produto sem valor
NC	COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	X	2290,0000	11.450,0000	INABILITADO

002 - ESCADA DOIS DEGRAUS DE AÇO

Negociado

Nº Cl.	Fornecedor	ME/EPP	Preço Unit.	Preço Total	Status
1	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	X	114,5000	572,5000	
2	INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	X	165,0000	825,0000	
3	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	X	179,0000	895,0000	
NC	MTB TECNOLOGIA LTDA	X	0,0000	0,0000	Produto sem valor
NC	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	X	0,0000	0,0000	Produto sem valor
NC	COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	X	110,2500	551,2500	INABILITADO

003 - MONITOR MULTIPARAMETROS

Negociado

Nº Cl.	Fornecedor	ME/EPP	Preço Unit.	Preço Total	Status
1	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	X	7770,0000	23.310,0000	
2	MTB TECNOLOGIA LTDA	X	9080,0000	27.240,0000	
3	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	X	9440,0000	28.320,0000	
4	COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	X	11025,0000	33.075,0000	
5	INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	X	19600,0000	58.800,0000	
NC	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	X	7720,0000	23.160,0000	INABILITADO

004 - TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA -20 A +70 GRAUS. CABO DE AÇO DE 1.7 METROS

Negociado

Nº Cl.	Fornecedor	ME/EPP	Preço Unit.	Preço Total	Status
1	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	X	89,9000	1.348,5000	
NC	MTB TECNOLOGIA LTDA	X	0,0000	0,0000	Produto sem valor
NC	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	X	0,0000	0,0000	Produto sem valor
NC	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	X	0,0000	0,0000	Produto sem valor
NC	COMERCIAL SOARES MOTA LTDA EPP	X	93,0000	1.395,0000	INABILITADO
NC	INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	X	88,0000	1.320,0000	INABILITADO